



Gmina Miasto Elbląg
Ul. Łączności 1
Elbląski Park Technologiczny
Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych
ul. Stanisława Sulimy 1
82-300 Elbląg
tel. 55 239 34 67
laboratorium@ept.umelblag.pl
www.ept.elblag.eu



AB 1546

EPT.412...2022.PD

Elbląg, dn. 21.06.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/146/2022/7

Zleceniodawca	Kombinat Konopny Spółka Akcyjna Gronowo Górne ul. Beryłowa 7F, 82-310 Gronowo Górne NIP: 5783144484 Kontakt: Maciej Kowalski, maciej.kowalski@kombinatkonopny.pl		
Podstawa wykonania badania nr zlecenia, nr umowy itp	Przedmiot badań woda, ściek, osad ściekowy, gleba itp., zgodnie z informacją Klienta	Stan próbek Prawidłowy/nieprawidłowy - zgodnie z instrukcją I-01/PO-03	
Z/146/2022	Olej z konopi włóknistych	Prawidłowy	
Miejsce pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta/ zgodnie z protokołem pobrania próbek	Data pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta/ zgodnie z protokołem pobrania próbek	Data dostarczenia próbek do laboratorium	Data zakończenia badania
Brak danych	Brak danych	13.06.2022r.	20.06.2022r.
Osoba pobierająca próbki	Klient		
Dodatkowe informacje	Umowa nr 5/2021		
Stwierdzenie zgodności (w przypadku wyboru „TAK” wypełnić Załącznik do zlecenia)	TAK		NIE
			X
Zasada podejmowania decyzji (wypełnić w przypadku wyboru „TAK”, na podstawie Załącznika do zlecenia)	2A		2B

Identyfikacja próbek:

Lp.	Oznaczenie próbek przez Klienta	Oznaczenie próbek przez laboratorium
1	Olej CBDA + CBD – suplement diety Cannabis sativa 1000 mg CBDA + CBD Nr partii OR/22/A	K37/22

Wyniki badań:

Lp.	Kod próbki	Oznaczenie	Metoda badawcza	Wynik*	Niepewność ±	Jednostka	Badania akredytowane/badania podzlecane – nr akredytacji/metoda referencyjna**
1	K37/22	CBD	PB-03 wydanie 3 obowiązująca od 06.09.2021	2,11	0,31	% wag.	A
2		CBDA		1,72	0,14		A
3		Suma CBD (z obliczeń)		3,61	---		A
4		Δ9 THC		<0,10	---		A
5		THCA		<0,05	---		A
6		Suma THC (z obliczeń)		<0,10	---		A
7		Suma kannabinoidów (z obliczeń)		3,91	---		A

* Wyniki zostały oznaczone kolorem czerwonym jako przekraczające dopuszczalne wartości 0,3% zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami). **A – badania akredytowane, NA – badania nieakredytowane, PA – badania podzlecane, R – metoda referencyjna, NR – metoda referencyjna.

STARSZY SPECJALISTA LABORANT
Krzysztof Grzonkowski
mgr inż. Krzysztof Grzonkowski
(Sporządził – mgr inż. Krzysztof Grzonkowski,
data i podpis)

21.06.2022 *Paulina Dąbrowska*
mgr inż. Paulina Dąbrowska
(Autoryzował – mgr inż. Paulina Dąbrowska,
Kierownik Techniczny, data i podpis)

21.06.2022 *Paulina Dąbrowska*
mgr inż. Paulina Dąbrowska
(Zatwierdził – mgr inż. Paulina Dąbrowska,
Kierownik Laboratorium, data i podpis)

Niepewność pomiaru wyrażone jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek. Pobór próbek poza zakresem akredytacji.

Formularze stanowią integralną część sprawozdania z badań. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Okres reklamacji – 14 dni od daty wystawienia sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA